

Broj: M-10-02-02-9.1- 126-18/20
Datum: 21.9.2020.g.

Na osnovu člana 64. stav 1. točka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), članka 25. Pravilnika o javnim nabavama te članka 45. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 5/14), na preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: M-10-02-02-9.1- 126-17-1/20 od 7.9.2019. godine, u postupku javne nabave laboratorijske opreme za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u 2020. godini, (br. obavijesti o nabavi 908-1-1-24-3-3/20 od 7.7.2020. g.) ravnatelj je donio

O D L U K U

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE LABORATORIJSKIH APARATA ZA POTREBE ZZJZFBiH U 2020.G.

Član 1.

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javnu nabavu te dodjeljuju ugovori o javnoj nabavi kako slijedi:

- Za LOT 1 – Analitička vaga najpovoljniji „Meda“ doo, Antuna Hangija 6, 71000 Sarajevo, za ponuđenih 7.400,00 KM bez PDV + PDV = 8.658,00 KM sa PDV
- Za LOT 4 – Inkubator najpovoljniji „Apical“ doo, Paromlinska 53d, 71000 Sarajevo, za ponuđenih 4.273,00 KM bez PDV + PDV = 4.999,41 KM sa PDV
- Za LOT 5 – ECD detektor najpovoljniji „Shimadzu“ doo, Tešanjka 7, 71000 Sarajevo, za ponuđenih 7.692,00 KM bez PDV + PDV = 8.999,64 KM sa PDV
- Za LOT 6 – Analizator vlage najpovoljniji „Meda“ doo, Antuna Hangija 6, 71000 Sarajevo, za ponuđenih 8.460,00 KM bez PDV + PDV = 9.898,20 KM sa PDV
- Za LOT 8 – Medicinski zamrzivač najpovoljniji „Apical“ doo, Paromlinska 53d, 71000 Sarajevo, za ponuđenih 8.547,00 KM bez PDV + PDV = 9.999,99 KM sa PDV
- Za LOT 9 – Brojač kolonija najpovoljniji „Apical“ doo, Paromlinska 53d, 71000 Sarajevo, za ponuđenih 3.350,00 KM bez PDV + PDV = 3.919,50 KM sa PDV
- Za LOT 10 – Terenski komparator rezidualnog klora najpovoljniji „Controlmatik BH“ doo, Terzibašina 16, 71000 Sarajevo, za ponuđenih 2.876,00 KM bez PDV + PDV = 3.364,92 KM sa PDV
- Za LOT 11 – Suhi blok za određivanje organskog azota (po Kjeldahlu) najpovoljniji „Mikro+Polo“ doo, Pijačna 14K, 71210 Ilidža-Sarajevo, za ponuđenih 12.820,00 KM bez PDV + PDV = 14.999,40 KM sa PDV

Član 2.

Ugovor o javnoj nabavi dostavit će se na potpis izabranim ponuditeljima po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuditelji u predmetnom postupku obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Služba za zdravstvenu ekologiju, Centar za zaštitu od zračenja te Služba za financijske poslove.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Zavoda ,istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, u skladu sa čl. 70. stav 6. Zakona o javnim nabavama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu u postupku javne nabave, u skladu sa čl. 71. stav 2. Zakona o javnim nabavama.

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: M-10-02-02-9,1- 126-1/20 od 30.6.2020.g.

Javna nabava je sprovedena putem otvorenog postupka javne nabave.

Procijenjena vrijednost javne nabave (bez PDV-a) za predmetne lotove za koje su odabrane najpovoljnije ponude:

- *LOT 1 Analitička vaga.....8.547,00 KM*
- *LOT 4 Inkubator.....4.273,00 KM*
- *LOT 5 ECD detektor.....8.461,00 KM*
- *LOT 6 Analizator vlage.....7.692,00 KM*
- *LOT 8 Medicinski zamrzivač.....8.547,00 KM*
- *LOT 9 Brojač kolonija.....4.273,00 KM*
- *LOT 10 Terenski komparator rezidualnog klora.....2.051,00 KM*
- *LOT 11 Suhi blok za određivanje organskog azota (po Kjeldahlu).....12.820,00 KM*

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Rješenjem broj: M-10-02-02-9.1- 126-2/20 od 30.6.2020.g.

Povjerenstvo je dostavilo Zapisnik o ocjeni ponuda broj: M-10-02-02-9.1- 126-17/20 od 7.9.2020.g. i Preporuku o izboru najpovoljnije ponude, odnosno o poništenju predmetnih lotova za koje nije bilo ponuda.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike koji su po otvaranju ponuda dostavljeni svim tenderskim kandidatima.

Stanje po zaprimljenim ponudama:

Naziv / šifra ponuditelja				
Blagovremene ponude / datum i vrijeme prijema			Neblagovremene ponude / datum i vrijeme prijema	
LOT 1	MEDA	27.7.2020. u 10:45 h	-	-
	EUROLAB	28.7.2020. u 8:45 h		
	SARTORIUS L.E.	29.7.2020. u 8:30 h		
LOT 2	-	-		
LOT 3	-	-		
LOT 4	APICAL	24.7.2020. u 10:30 h		
	MPS LAB	27.7.2020. u 8:45 h		
LOT 5	SHIMADZU	28.7.2020. u 8:45 h		
LOT 6	MEDA	27.7.2020. u 10:45 h		
	EUROLAB	28.7.2020. u 8:45 h		
LOT 7	-	-		
LOT 8	APICAL	24.7.2020. u 10:30 h		
	MPS LAB	27.7.2020. u 8:45 h		
LOT 9	APICAL	24.7.2020. u 10:30 h		
	EUROLAB	28.7.2020. u 8:45 h		
	EMEDING	28.7.2020. u 8:45 h		
	MIKRO POLO	28.7.2020. u 13:05 h		
LOT 10	CONTROLMATIK BH	29.7.2020. u 8:30 h		
LOT 11	MPS LAB	27.7.2020. u 8:45 h		
	MIKRO POLO	28.7.2020. u 13:05 h		

Utvrđeno je da su sve ponude zaprimljene u roku i prihvatljive, osim slijedećih:

Naziv / ime ponuditelja	Razlozi za odbijanje ponude
EUROLAB – lotovi 1, 6, 9	<p>Zatraženo je i dostavljeno objašnjenje neprirodno niske cijene. Isto je neosnovano.</p> <p>Navodi se postojanje specijalnog popusta od proizvođača za potrebe apliciranja na tenderu, uopćeno se navode elementi koji ulaze u cijenu po postocima (nabavna cijena, carina itd), ali ne navode se detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude tj. cijene, odnosno ne nude se stvarni razlozi ponudene cijene iz kojih se jasno i nedvojbeno može zaključiti da će uređaj moć bit isporučen po toj cijeni.</p> <p>Osim toga, za lot 6 u ponudi se ne navodi postojanje servisne službe u BiH. Priložen Certifikat servisera iz firme Superlab d.o.o. Beograd te Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji gdje se u članu 5. navodi da će instalaciju aparata i servisiranje obavljati serviseri i inženjeri i firme Superlab d.o.o. Beograd, Srbija.</p> <p>Ponude se odbijaju prema čl. 66. st. 1. ZJN.</p>
MPS LAB –lot 4,8,11	<p>U ponudi za lot 4 uređaj ne zadovoljava kriterije definirane specifikacijom u pogledu zapremine, podešavanja raspona temperature i točnosti. Zapremina-traženo 53 L, a ponuđeno 123L. Podešavanje raspona temperature- traženo 0°C-70°, a ponuđeno -10°C-60°C. Točnost temperature-traženo 0,1 °C, a ponuđeno 0,5 °C</p> <p>U ponudi za lot 8 ne odgovara volumen zamrzivača te položaj otvaranja vrata. Traženo 50 ±10% litara, ponuđeno 84 litra. Traženo otvaranje vrata zamrzivača sa prednje strane, ponuđeno sa gornje.</p> <p>Ponuda za lot 11: Kondenzator nije izrađen od titana Nisu dostavljeni dokazi o radu aparata u skladu sa AOAC, EPA, DIN i ISO standardima Nisu dostavljeni dokazi da aparat uključuje TEMS tehnologiju</p> <p>Zbog navedenih razloga ponude ne ispunjavaju zahtjeve iz TD te se odbijaju prema čl. 68. st.4. točka i) ZJN.</p>
EMEDING –lot 9	<p>Iz specifikacije uređaja nije vidljiv raspon brojanja CFU, nije navedeno da je proizvedeno pod: ISO 9001 V2008, CE, WEEE 2002/96 / EC, RoHS 2002/95 / EC standardi.</p> <p>Zbog navedenog ponuda je nepotpuna i odbija se prema čl. 68. st.4. točka i) ZJN.</p>

Nakon što su za sve lotove određene prihvatljive ponude, za one lotove gdje je bilo više od jedne prihvatljive ponude bilo je potrebno održati zakonski obveznu elektronsku aukciju.

A) stanje prije e-aukcije za lotove gdje je bilo više od jedne prihvatljive ponude

	Naziv / ime ponuditelja	Ponuđena cijena bez PDV
LOT 1	1. MEDA	8.500,00 KM
	2. SARTORIUS L. E.	10.003,64 KM
LOT 9	1. MIKRO POLO	4.255,00 KM
	2. APICAL	4.273,00 KM

B) finalni rang ponuda (nakon uspješno okončane e-aukcije 4.9.2020.g.) za lotove 1 i 9, kao i finalni rang ponuda za sve ostale lotove

	Naziv / ime ponuditelja	Ponuđena cijena bez PDV
LOT 1	1. MEDA	7.400,00 KM
	2. SARTORIUS L.E.	7.490,00 KM
LOT 4	APICAL	4.273,00 KM
LOT 5	SHIMADZU	7.692,00 KM
LOT 6	MEDA	8.460,00 KM
LOT 8	APICAL	8.547,00 KM
LOT 9	1. APICAL	3.350,00KM
	2. MIKRO POLO	3.395,00 KM
LOT 10	CONTROLMATIK BH	2.876,00 KM
LOT 11	MIKRO POLO	12.820,00 KM

PREGLED I ANALIZA PONUDA-ZAKLJUČAK:

Uvidom u stanje po konačnim cijenama i uporedbom istih sa procjenama vrijednosti iz odluke o pokretanju postupka, Povjerenstvo konstatira da je najpovoljnija ponuda veća od procjene za:

- lot 6 (procjena 7692 KM bez PDV, najpovoljnija ponuda 8460 KM bez PDV)
 - lot 10 (procjena 2051 KM bez PDV, najpovoljnija ponuda 2876 KM bez PDV)
- dok je kod svih ostalih lotova najpovoljnija ponuda u okviru procjene vrijednosti.

Suma cijena (bez PDV) najpovoljnijih ponuda za lotove 1,4,5,6,8,9,10,11:
 $7400+4273+7692+8460+8547+3350+2876+12820=$ **55418 KM.**

Suma procjena vrijednosti (bez PDV) za spomenute lotove:
 $8547+4273+8461+7692+8547+4273+2051+12820=$ **56664 KM**

Na osnovu činjenice da je suma najpovoljnijih ponuda niža od sume procjena vrijednosti datih lotova, Povjerenstvo predlaže realizaciju svih lotova.

Povjerenstvo također konstatira da za lotove 2,3,7 nije zaprimljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Društva nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je izbor najpovoljnijih ponuditelja izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom čl. 64. stav 1. točka b) Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), članka 25. Pravilnika o javnim nabavama te članka 45. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 5/14), odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Napomena: Najpovoljniji ponuditelji dužni su, ukoliko već nisu dostavili u ponudi, u roku 7 dana od primitka ove Odluke dostaviti dokumentaciju po čl.45. i čl.47. ZJN.

Najpovoljniji ponuditelji koji su izabrani putem e-aukcije dužni su također putem faxesa 036 382 116 ili skenirano na e-adresu s.ravlija@zzjzfbih.ba dostaviti korigirani obrazac za cijenu ponude (ANEKS 3) s obzirom da će isti bit sastavnim dijelom ugovora o javnoj nabavi

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.



RAVNATELJ
prim.dr. Davor Pehar

Dostaviti:

- 1) APICAL doo Sarajevo, tel/fax 033 613 514
- 2) EMEDING doo Sarajevo, tel/fax 033 522 803
- 3) EUROLAB doo Bijeljina, tel/fax 055 212 278
- 4) MIKRO POLO doo Sarajevo, tel 033 976 960, fax 033 976 969
- 5) MEDA doo Sarajevo, tel 033 221 115, fax 033 221 114
- 6) CONTROLMATIK BH doo Sarajevo, tel 033 410 816, fax 033 410 817
- 7) SHIMADZU doo Sarajevo, tel 033 550 515, fax 033 550 518
- 8) SARTORIUS L.E. doo Sarajevo, tel 033 769 130, fax 033 769 131
- 9) MPS Lab doo Sarajevo, tel/fax 033 659 442
- 10) a/a